Prüfungen Medizinprodukte
MtK Messtechnische Kontrollen

Code	Auswahl Geräte	MedProdB	Prüfbezeichnung	Anzahl	Zeitraum	Grundlage
1	Nichtimplantierbare aktive Medizinprodukte zur Erzeugung und Anwendung elektrischer Energie zur unmittelbaren Beeinflussung der Funktion von Nerven und/oder Muskeln beziehungsweise der Herztätigkeit einschließlich Defibrillatoren	Plicht	MtK (Messtechnische Kontrolle)	24	Monate	§ 11 Medizinprodukte Betreiberverordnung Anlage 1
2	Nichtimplantierbare aktive Medizinprodukte zur intrakardialen Messung elektrischer Größen oder Messung anderer Größen unter Verwendung elektrisch betriebener Messsonden in Blutgefäßen beziehungsweise an freigelegten Blutgefäßen	Plicht	MtK (Messtechnische Kontrolle)	24	Monate	§ 11 Medizinprodukte Betreiberverordnung Anlage 1
3	Nichtimplantierbare aktive Medizinprodukte zur Erzeugung und Anwendung jeglicher Energie zur unmittelbaren Koagulation, Gewebezerstörung oder Zertrümmerung von Ablagerungen in Organen	Plicht	MtK (Messtechnische Kontrolle)	24	Monate	§ 11 Medizinprodukte Betreiberverordnung Anlage 1
4	Nichtimplantierbare aktive Medizinprodukte zur unmittelbare Einbringung von Substanzen und Flüssigkeiten in den Blutkreislauf unter potentiellem Druckaufbau, wobei die Substanzen und Flüssigkeiten auch aufbereitete oder speziell behandelte körpereigene sein können, deren Einbringen mit einer Entnahmefunktion direkt gekoppelt ist	Plicht	MtK (Messtechnische Kontrolle)	24	Monate	§ 11 Medizinprodukte Betreiberverordnung Anlage 1
5	Nichtimplantierbare aktive Medizinprodukte zur maschinellen Beatmung mit oder ohne Anästhesie	Plicht	MtK (Messtechnische Kontrolle)	24	Monate	§ 11 Medizinprodukte Betreiberverordnung Anlage 1
6	Nichtimplantierbare aktive Medizinprodukte zur Diagnose mit bildgebenden Verfahren nach dem Prinzip der Kernspinresonanz	Plicht	MtK (Messtechnische Kontrolle)	24	Monate	§ 11 Medizinprodukte Betreiberverordnung Anlage 1
7	Nichtimplantierbare aktive Medizinprodukte zur Therapie mit Druckkammern	Plicht	MtK (Messtechnische Kontrolle)	24	Monate	§ 11 Medizinprodukte Betreiberverordnung Anlage 1
8	Nichtimplantierbare aktive Medizinprodukte zur Therapie mittels Hypothermie	Plicht	MtK (Messtechnische Kontrolle)	24	Monate	§ 11 Medizinprodukte Betreiberverordnung Anlage 1
9	Nichtimplantierbare aktive Medizinprodukte zur Säuglingsinkubatoren	Plicht	MtK (Messtechnische Kontrolle)	24	Monate	§ 11 Medizinprodukte Betreiberverordnung Anlage 1
10	Nichtimplantierbare aktive Medizinprodukte zur externe aktive Komponenten aktiver Implantate	Plicht	MtK (Messtechnische Kontrolle)	24	Monate	§ 11 Medizinprodukte Betreiberverordnung Anlage 1