Prüfungen Medizinprodukte
StK Sicherheitstechnische Kontrollen

Code	Auswahl Geräte	MedProdB	Prüfbezeichnung	Anzahl	Zeitraum	Grundlage
11	Medizinprodukte zur Bestimmung der Hörfähigkeit (Ton- und Sprachaudiometer)	Pflicht	StK (Sicherheitstechnische Kontrolle)	12	Monate	§ 14 Medizinprodukte Betreiberverordnung Anlage 2
12	Medizinische Elektrothermometer Medizinprodukte zur Bestimmung von Körpertemperaturen (mit Ausnahme von Quecksilberglasthermometern mit Maximumvorrichtung)	Pflicht / Ausnahme	StK (Sicherheitstechnische Kontrolle)	24	Monate	§ 14 Medizinprodukte Betreiberverordnung Anlage 2
13	Medizinische Elektrothermometer mit austauschbaren TemperaturfühlernMedizinprodukte zur Bestimmung von Körpertemperaturen (mit Ausnahme von Quecksilberglasthermometern mit Maximumvorrichtung)	Pflicht	StK (Sicherheitstechnische Kontrolle)	24	Monate	§ 14 Medizinprodukte Betreiberverordnung Anlage 2
14	Infrarot-Strahlungsthermometer Medizinprodukte zur Bestimmung von Körpertemperaturen (mit Ausnahme von Quecksilberglasthermometern mit Maximumvorrichtung)	Pflicht	StK (Sicherheitstechnische Kontrolle)	12	Monate	§ 14 Medizinprodukte Betreiberverordnung Anlage 2
15	Messgeräte zur nichtinvasiven Blutdruckmessung	Pflicht / Ausnahme	StK (Sicherheitstechnische Kontrolle)	24	Monate	§ 14 Medizinprodukte Betreiberverordnung Anlage 2
16	Medizinprodukte zur Bestimmung des Augeninnendrucks (Augentonometer)	Pflicht	StK (Sicherheitstechnische Kontrolle)	24	Monate	§ 14 Medizinprodukte Betreiberverordnung Anlage 2
17	Luftimpuls-Tonometer werden nicht auf ein nationales Normal, sondern auf ein klinisch geprüftes Referenzgerät gleicher Bauart zurückgeführt. Für diesen Vergleich dürfen nur von einem nationalen Metrologieinstitut geprüfte Verfahren und Transfernormale verwendet werden.	Pflicht	StK (Sicherheitstechnische Kontrolle)	24	Monate	§ 14 Medizinprodukte Betreiberverordnung Anlage 2
18	Therapiedosimeter bei der Behandlung von Patienten von außen mit Photonenstrahlung im Energiebereich bis 1,33 MeV (Allgemein)	Pflicht	StK (Sicherheitstechnische Kontrolle)	24	Monate	§ 14 Medizinprodukte Betreiberverordnung Anlage 2
19	Therapiedosimeter bei der Behandlung von Patienten von außen mit Photonenstrahlung im Energiebereich bis 1,33 MeV mit geeigneter Kontrollvorrichtung, wenn der Betreiber in jedem Messbereich des Dosimeters mindestens halbjährliche Kontrollmessungen ausführt, ihre Ergebnisse aufzeichnet und die bestehenden Anforderungen erfüllt werden	Pflicht	StK (Sicherheitstechnische Kontrolle)	6	Jahre	§ 14 Medizinprodukte Betreiberverordnung Anlage 2
20	Therapiedosimeter bei der Behandlung von Patienten von außen mit Photonenstrahlung im Energiebereich ab 1,33 MeV und mit Elektronenstrahlung aus Beschleunigern mit messtechnischer Kontrolle in Form von Vergleichsmessungen	Pflicht	StK (Sicherheitstechnische Kontrolle)	24	Monate	§ 14 Medizinprodukte Betreiberverordnung Anlage 2
21	Therapiedosimeter bei der Behandlung von Patienten von außen mit Photonenstrahlung aus Co-60-Bestrahlungsanlagen	Pflicht	StK (Sicherheitstechnische Kontrolle)	24	Monate	§ 14 Medizinprodukte Betreiberverordnung Anlage 2
22	Diagnostikdosimeter zur Durchführung von Mess- und Prüfaufgaben, sofern sie nicht nach § 90 der Strahlenschutzverordnung dem Mess- und Eichgesetz unterliegen	Pflicht	StK (Sicherheitstechnische Kontrolle)	5	Jahre	§ 14 Medizinprodukte Betreiberverordnung Anlage 2
23	Tretkurbelergometer zur definierten physikalischen und reproduzierbaren Belastung von Patienten	Pflicht	StK (Sicherheitstechnische Kontrolle)	24	Monate	§ 14 Medizinprodukte Betreiberverordnung Anlage 2